

# 停電

おちついて!

- ◎人工呼吸器の電源確認
  - ・バッテリ外部テリーの表示を確認

- ◎本人の呼吸状態を観察
  - ・苦しくないかを確認、胸郭の動きを観察

- ◎外部バッテリー予備準備
- ◎充電式吸引器の準備
- ◎足踏み式吸引器の準備
- ◎照明の準備
  - 懐中電灯
  - 予備電池

呼吸苦

- ◎アンビューで対応
  - ・パルスオキシメーターで確認

連絡方法へ

その後

## ☆確認すること☆

- ◎ブレーカーの確認：落ちてないか。落ちていたら直す

## ☆長引きそうなとき☆

呼吸器・吸引器

- ◎屋外の発電機でバッテリーを充電。
- ◎3時間を超えるとき：エアマットの設定「厚手」「静止」モードへ。ホースを折り曲げテープ等でとめる

# 連絡方法

おちついて！

## ① 171 伝言ダイヤルへ登録

【方法】

1. 171 をダイヤル
2. ガイダンスが流れる。録音は「1」を押す。
3. 「（電話番号を入力）」を入力
4. ガイダンスが流れる。「1#」
5. 「無事です」「〇〇が壊れました」などメッセージを入れる。
6. 録音終了後「9#」 修正は「8#」

② 〇〇〇〇〇〇  
の携帯電話へ連絡

③ 〇〇〇〇〇〇 へ連絡

安否確認は

訪問看護ステーション

〇〇〇〇〇〇

がきます。

人工呼吸器が正常に作動していない場合  
(呼吸器会社名) 〇〇〇〇〇〇さんへ電話する。

03—〇〇〇〇—〇〇〇〇〇〇

# 地震



◎○○○○○さんは大丈夫？

- 呼吸状態（呼吸苦、胸の動きは？）
- ベッド周辺の状況（落下物・故障は？）
- ギャッジベッドを下げる

◎人工呼吸器は正常に作動していますか？

はい

連絡方法へ

その後

いいえ

◎アンビューで対応  
• パルスオキシメーターで確認

◎ライフラインの確認

電気
ガス
水道

連絡

◎（呼吸器会社名）○○○さん 03-○○○-○○○○  
◎（訪問看護ステーション名）042-○○○-○○○○

## ☆近所で火災！☆

◎近隣に支援を求める

◎安全な場所へ避難：「避難用持ち出しセット」を持参